

Toruń, dnia 02.03.2010r

**Do wszystkich wykonawców**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego NZ-28-3/2010 na dostawy sprzętu jednorazowego użytku do pobierania krwi w systemie zamkniętym aspiracyjno – próżniowym**

Odpowiadamy na poniższe zapytania, które wpłynęły od wykonawców :

1. *W związku z tym, iż nie wszystkie wyroby objęte przedmiotem zamówienia z formularza asortymentowo-cenowego ( poz. 11 filtr odpowietrzający ) zostały zakwalifikowane przez producenta jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych, w związku z tym nie podlegają przepisom cytowanej ustawy, ani dyrektywom europejskim. Dla tych wyrobów nie wystawia się deklaracji zgodności ani innych dokumentów dopuszczających do obrotu. W związku z tym zwracamy się z prośbą o możliwość złożenia zamiast wymaganych dokumentów w SIWZ w rozdziale III ppkt 3 ad a) , stosownego oświadczenia dla wyrobów , które nie zostały zakwalifikowane jako medyczne .W związku z powyższym prosimy , także o zmianę stawki VAT formularzu cenowym do poz. 11 z 7% na 22% .*

Zamawiający wyraża zgodę i jednocześnie modyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ usuwając z kolumny VAT wartości 7% i 22%. Wykonawca samodzielnie wpisuje w tę kolumnę odpowiednią stawkę VAT.

2. *Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty na probówko-strzykawkę (z poz. 6 formularza ofertowo-cenowego) do morfologii o poj. 2,0-2,6 ml ?*

TAK.

3. *W pozycji 22 statyw do oznaczania OB. z poz. 11 nie nastąpiła omyłka i nie powinno być do poz.12.?*

TAK. Powinno być do poz. 12.

Zatwierdził

**Z-ca Dyrektora ds. Finansowych  
Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego  
w Toruniu**

**mgr inż. Roger Hartwig**