

Toruń, dnia 14.07.2009r

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: przetargu nieograniczonego NZ-28-17/09 na dostawy materiałów opatrunkowych do apteki szpitalnej

Poniżej odpowiedzi na poszczególne zapytania, które wpłynęły od wykonawców :

Dotyczy pakietu V

1) *Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w poz. 1, 2 i 3 kompresy gazowe jałowe pakowane a 3 szt?*

Nie. Kompresy gazowe jałowe a 3 szt muszą być pakowane pojedynczo.

2) *Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w poz. 2 kompresy gazowe jałowe o wymiarach 7 cm x 7 cm a 3 szt pakowane pojedynczo? Pozostałe parametry zgodnie ze SIWZ?*

Nie. W poz. 2 należy zaoferować kompresy gazowe o wymiarach 7,5 cm x 7,5 cm.

3) *Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w poz. 3 kompresy gazowe jałowe o wymiarach 9 cm x 9 cm a 3 szt pakowane pojedynczo? Pozostałe parametry zgodnie ze SIWZ?*

Nie. W poz. 3 należy zaoferować kompresy gazowe o wymiarach 10 cm x 10 cm.

Dotyczy pakietu VI

4) *Poz. nr 5 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku z folii poliuretanowej w rozmiarze 6cm x 7cm, lub 6 cm x 8,5 cm?*

W poz. 5 należy zaoferować opatrunek o wymiarach 6 cm x 9 cm. Zgodnie z zapisem dopuszcza się tolerancję rozmiaru ± 1 cm. Można zaoferować opatrunek 6 cm x 8,5 cm.

Dotyczy pakietu IX

5) *Poz. nr 2a-2c – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania opaski elastyczne pakowane w opakowania foliowe, które w sposób lepszy zabezpiecza opaskę przed wilgocią i zabrudzeniami w momencie przechowywania oraz jest wygodniejsza w użyciu podczas zabiegu niż kartonik?*

Zamawiający wymaga opasek elastycznych tkanych z zapinką, pakowanych pojedynczo łącznie z zapinką (opaska i zapinka musi stanowić integralną całość) w opakowaniach jednostkowych w postaci wygodnych w użyciu kartoników zabezpieczających produkt przed zabrudzeniem i uszkodzeniem oraz umożliwiające pełną identyfikację produktu (opakowanie zawierające w szczególności nazwę i opis produktu).

Dotyczy pakietu X

- 6) *Poz. nr 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania opaskę gipsową szybkowiązącą o wymiarach 3m x 14cm ?*

Nie. Należy zaoferować opaskę gipsową o wymiarach 3m x 15 cm.

Dotyczy pakietu XI

- 7) *Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w poz. 1 folię operacyjną o wymiarach 15x27cm ?*

Tak. Zgodnie z zapisem SIWZ w poz. 1 dopuszcza się tolerancję rozmiaru ± 2 cm.

- 8) *Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w poz. 2 folię operacyjną o wymiarach 30x27cm ?*

Tak. Zgodnie z zapisem SIWZ w poz.2 dopuszcza się tolerancję rozmiaru ± 2 cm.

- 9) *Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w poz. 3 folię operacyjną o wymiarach 45x27cm ?*

Nie. Zgodnie z zapisem SIWZ w poz.3 dopuszcza się tolerancję rozmiaru ± 3 cm.

- 10) *Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w poz. 4 folię operacyjną o wymiarach 55x27cm ?*

Nie. Zgodnie z zapisem SIWZ w poz.4 dopuszcza się tolerancję rozmiaru ± 3 cm.

Dotyczy pakietu XV

- 11) *Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w poz. 9 jałowy opatrunek foliowy do mocowania kaniul o wymiarach 72x50mm?*

Nie. Należy zaoferować jałowy opatrunek na włókninie o wymiarach 76 x 51mm.

- 12) *Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w poz. 14 plaster jałowy z centralnym opatrunkiem o wymiarach 10x20cm ?*

Tak.

Dotyczy pakietu XVI

- 13) *Poz. nr 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety 20-nitkowej?*

Tak. Zgodnie z zapisem SIWZ wszystkie serwety operacyjne muszą być wykonane z gazy min. 17 nitkowej. Można zaoferować serwetę z gazy 20 –nitkowej.

Zatwierdził

*Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego
w Toruniu*

mgr Andrzej Wiśnicki