

Toruń, dnia 05.08.2009r

**Do wszystkich wykonawców**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego NZ-28-21/09 na dostawy wyrobów medycznych jednorazowego użytku z włókniny**

**Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania .**

**Dotyczy pakietu I**

1. *Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyrobów wykonanych z wysokiej jakości laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 60g/m<sup>2</sup> i odporności na penetrację płynów min. 200 cm H<sub>2</sub>O (materiał spełniający wymogi normy PN EN 13795 1,2,3 ) ?*

**Nie.** Zamawiający wymaga , aby wszystkie zestawy określone w pozycjach 1-5 były wykonane z włókniny trójwarstwowej o gramaturze min. 74g/m<sup>2</sup> . .

Serwety z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze min. 54g/m<sup>2</sup> można zaoferować w pozostałych pozycjach : 9,10, 11, 12 i 13

2. **poz. 1.** *Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1 zestawu jałowych serwet do chirurgii biodra w składzie :*

- serweta – ekran anestezjologiczny w rozmiarze 150 x 240 cm

- serweta dolna 200 x 290 cm z wycięciem U otoczonym taśmą lepną

- osłona na kończynę 37 x 105 cm

- taśmy lepne 10 x 50 cm – 3 szt.

- kieszeń dwukomorowa 2 x 15 x 40 cm

- osłona na stół Mayo 80 x 140 cm

- ręczniki chłonne 30 x 40 cm – 2 szt.

- zestaw owinięty w serwetę 150 x 200 cm służąca jako przykrycie stolika instrumentariuszki.

**Tak .**

3. **poz. 1.** *Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1 zestawu jałowych serwet do zabiegów w chirurgii biodra o składzie :*

- kieszeń na płyny z kształtką 40 x 30cm – 1 szt

- pokrowiec na nogę 120 x 45 cm – 1 szt

- serweta na stół Mayo 145 x 80 cm – 1 szt

- serweta na stół instrumentalny 180 x 140 cm – 1 szt

- serweta z przylepcem 240 x 180 cm – 1 szt

- serweta z przylepcem 320 x 180 cm – 1 szt

- serwetki 50 x 40 cm – 4 szt

- taśma medyczna 90 x 10 cm – 3 szt

**Nie.** ( w proponowanym zestawie brak jest serwety samoprzylepnej z wycięciem U i serwety dodatkowej )

4. **poz. 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 2 zestawu jałowych serwet do artroskopii stawu barkowego w składzie :

- serweta w rozmiarze 200 x 150 cm z wycięciem U otoczonym tasma lepna
- serweta dolna 180 x 220 cm
- osłona na kończynę 37 x 75 cm
- tasma lepna 10 x 50 cm – 2 szt.
- ręczniki chłonne 30 x 40 cm – 2 szt.
- osłona na stół Mayo w rozmiarze 80 x 145 cm
- całość owinięta w serwetę w rozmiarze 150 x 180 cm

**Tak .**

5. **poz. 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 2 zestawu jałowych serwet do zabiegów artroskopii stawu barkowego o składzie :

- pokrowiec na kończynę górną pacjenta 90 x 25 cm – 1 szt
- serweta pod kończynę górną pacjenta 180 x 150 cm – 1 szt
- serweta na stół Mayo 145 x 80 cm – 1 szt
- serweta na stół instrumentarialny 180 x 140 cm – 1 szt
- serweta z przylepcem 240 x 180 cm – 1 szt
- serweta z wycięciem U ( 7 x60cm) i przylepcem 320 x 180 cm – 1 szt
- serwetki 50 x 40 cm – 4 szt
- taśma medyczna 50 x 10 cm – 2 szt

**Tak, pod warunkiem, że taśma medyczna jest samoprzylepna .**

6. **poz. 3.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 3 zestawu jałowych serwet do zabiegów na kończynie w składzie :

- serweta podstawowa 220 x 320 cm wyposażona w warstwę chłonną oraz samouszczelniający się płat z neoprenu z otworem
- osłona na kończynę 37 x 75 cm
- taśma lepna 10 x 50 cm – 4 szt.
- kieszeń przylepna dwukomorowa 2 x 15 x 40 cm
- ręczniki chłonne 30 x 40 cm – 4 szt.
- osłona na stół Mayo 80 x 140 cm
- zestaw owinięty w serwetę 150 x 200 cm służącą jako przykrycie stolika instrumentariuszki

**Tak .**

7. **poz. 3.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz.3 zestawu jałowych serwet do zabiegów na kończynie o składzie :

- serweta na stół Mayo 145 x 80 cm – 1 szt
- serweta na stół instrumentarialny 180 x 140 cm – 1 szt
- serweta z przylepcem 320 x 180 cm – 1 szt
- serwetki 50 x 40 cm – 4 szt

**Nie.**( proponowany zestaw jest niekompletny )

8. **poz. 4.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 4 zestawu jałowych serwet do stosowania podczas zabiegów artroskopii kolana w składzie :

- serweta podstawowa 220 x 320 cm wyposażona w warstwę chłonną oraz samouszczelniający się płat z neoprenu z otworem, zintegrowana z torbą przechwytyjącą płyny ( dodatkow przewód drenażowy )
- osłona na kończynę 37 x 75 cm
- taśmy lepne 10 x 50 cm – 2 szt.
- ręczniki chłonne 30 x 40 cm – 2 szt.
- osłona na stolik Mayo
- foliowa osłona na przewody 16 x 200 cm
- zestaw owinięty w serwetę 150 x 180 cm służącą jako przykrycie stolika instrumentariuszki

**Tak .**

9. **poz. 4.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 4 zestawu jałowych serwet do zabiegów artroskopii kolana o składzie :

- pokrowiec na nogę 80 x 45 cm – 1 szt
- serweta na stolik Mayo 145 x 80 cm – 1 szt
- serweta na stół instrumetarialny 180 x 140 cm – 1 szt
- serweta z otworem elastycznym i workiem z kształtką do zbierania płynów 320 x 180cm – 1 szt
- serwetki 50 x 40 cm – 4 szt
- taśma medyczna 50 x 10 cm – 2 szt

**Nie.** (proponowany zestaw jest niekompletny ).

10. **poz. 5.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 5 zestawu jałowych serwet w składzie :

- serweta – ekran anestezyjologiczny w rozmiarze 150 x 200 cm z taśmą lepna
- serweta dolna 180 x 175 cm z taśmą lepna
- serwety boczne 75 x 100 cm z tasma lepna
- taśma lepna w rozmiarze 10 x 50 cm
- kieszeń przylepna dwukomorwa 2 x 15 x 40 cm
- ściereczki chłonna 2 szt.
- serweta nieprzemakalna 100 x 150 cm
- osłona n astolik Mayo 80 x 145 cm
- zestaw owinięty w serwetę 150 x 200 cm służącą jako przykrycie stolika instrumentariuszki

instrumentariuszki

**Tak .**

11. **poz. 5.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 5 zestawu jałowych serwet uniwersalnych o składzie :

- serweta z przylepcem 240 x 180 cm – 1 szt
- serweta z przylepcem 180 x 150 cm – 1 szt
- serweta z przylepcem 90 x 80 cm – 2 szt
- serweta na stolik Mayo 145 x 80 cm – 1 szt
- serweta na stół instrumetarialny 180 x 140 cm – 1 szt
- serwetki 50 x 40 cm – 4 szt
- taśma medyczna 50 x 10 cm – 1 szt

**Tak, pod warunkiem, że taśma medyczna jest samoprzylepna .**

12. **poz. 6.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 6 torby trójkątnej do zbiórki płynów w rozmiarze 60 x 60 cm ?

**Nie.**

13. **poz. 6.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 6 torby do zbiórki płynów o wymiarach 60 x 40 cm ?

**Nie.**

14. **poz. 7.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 7 uchwytów jałowych typu rzep o wymiarach 10 x 50 cm ?

**Nie.**

15. **poz. 8.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 8 ręczników w rozmiarze 30 x 40 cm ?

**Tak.**

16. **poz. 8.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 8 ręczników z włókniny o wymiarach 30 x 30 cm lub celulozowych o wymiarach 50 x 40 cm ?

**Zamawiający wyraża zgodę, na zaoferowanie ręczników 30cm x 30cm, pod warunkiem, że wykonane są z chłonnego materiału. Nie wyraża zgody na ręczniki w rozmiarze 50 x 40cm.**

17. **poz. 9.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 9 serwety 50 x 60 cm z otworem o śr. 7 cm lub serwety w rozmiarze 75 x 75 cm z otworem 6 x 8 cm ?

**Tak. Można zaoferować serwetę w rozmiarze 50 x 60 cm z otworem o śr. 7 cm.**

18. **poz. 11.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 11 serwety jałowej dwuwarstwowej, nieprzylepnej o rozmiarze 80 x 90 cm?

**Nie. Należy zaoferować serwetę przylepną. Można zaoferować serwetę przylepną w rozmiarze 80 x 90 cm.**

19. **poz. 12.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 12 serwety jałowej dwuwarstwowej, nieprzylepnej o rozmiarze 45 x 75 cm lub 45 x 45 cm?

**Nie.**

20. **poz. 13.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu wykonanego z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny ( zgodnej z EN 13795 1,2,3 ) o gramaturze min. 54g/m<sup>2</sup> ?

**Tak.**

21. **poz. 13.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 13 zestawu serwet do zabiegów dziecięcych z włókniny dwuwarstwowej o składzie?

- serweta na stolik Mayo 145 x 80 cm – 1 szt
- serweta na stół instrumentalny 180 x 140 cm – 1 szt
- serweta z przylepcem 210 x 150 cm – 1 szt
- serweta z przylepcem 180 x 150 cm – 1 szt
- serweta z przylepcem 75 x 75 cm – 4 szt

lub

- serweta na stolik Mayo 145 x 80 cm – 1 szt
- serweta na stół instrumentalny 180 x 140 cm – 1 szt
- serweta z przylepcem 210 x 150 cm – 1 szt
- serweta z przylepcem 180 x 150 cm – 1 szt
- serweta z przylepcem 90 x 75 cm – 2 szt

**Nie.**

## **Dotyczy pakietu II**

22. *poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1 prześcieradła w rozmiarze 160 x 210 cm – pozostałe parametry zgodnie z SIWZ ?*

**Tak.**

23. *poz. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 2 poszewki w rozmiarze 80 x 90 cm – pozostałe parametry zgodnie z SIWZ ?*

**Tak.**

24. *poz. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 4 podkład chłonny na rolce, jednorazowy nieprzemakalny, niesterylny, na rolce o szerokości 50 cm, z perforacją co 36 cm, 50 mb w rolce ?*

**Nie.** Zamawiający wymaga, aby oferowane podkłady miały perforacje co 80cm (+10cm), szerokość rolki 50 cm (+1cm). Można zaoferować rolki dłuższe max 50mb (z odpowiednim przeliczeniem ilości podkładów (2500 szt)).

*Zatwierdził*

**Z-ca Dyrektora ds Finansowych  
Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego  
w Toruniu**

***mgr inż. Roger Hartwig***